Disponible maintenant

Multi-D FDA

Le premier test salivaire instantané certifié **FDA 510K.**

Certifié FDA 510K

- Détecte 6 drogues sur 2 bandelettes
- Collection rapide en une étape
- Résultat en 5 min.
- Facile à utiliser et non-intrusif
- Réduit la contamination ou l'adultération de l'échantillon
- Inclus le tube de transport pour une confirmation en laboratoire

Drogues détectées :

Métamphétamine (ME)	50 ng/ml
Marijuana (TH)	40 ng/ml
Cocaïne (CO)	20 ng/ml
Amphétamines (AM)	50 ng/ml
Opiacés (OP)	40 ng/ml
Phencyclidine (PC)	10,2 ng/ml

Multi-D • Guide De Référence

Le Multi-D-FDA est un test de détection de drogues dans la salive simple et en une étape.
Multi-D MODE D'EMPLOI Vous référez au mode d'emploi inclus pour des instructions plus détaillées ou des informations techniques.

1. Enlevez le bouchon bleu en le tenant par ses côtés et tirez délicatement. Ceci va exposer le tampon collecteur. **Assurez vous qu'il y a une ligne bleue dans les deux fenêtres indiquant que le test n'a pas été utilisé.**



2. Ouvrez la bouche et **frottez** délicatement le tampon collecteur à l'intérieur de la joue dans un mouvement circulaire plusieurs fois.(environ 15-20) **Assurez vous que la tête reste droite.**



3. Frottez délicatement le tampon collecteur à l'intérieur de l'autre joue dans un mouvement circulaire plusieurs fois. (environ 15-20)

4. Frottez délicatement le tampon collecteur **sur le dessus** de la langue plusieurs fois. (environ 15-20) **Ne pas mâcher, sucer, mordre ou plier le tampon collecteur.**

5. Frotter délicatement le tampon collecteur **sur le dessous** de la langue plusieurs fois.(environ 15-20)

6. Placez le tampon collecteur en dessous de la langue approximativement 30 secondes pour collecter la salive. Demandez au donneur de tenir le test en place avec sa main. **Il y a assez de salive lorsque les lignes bleues s'ondulent. Répétez les étapes 2-6 jusqu' à ce que les lignes bleues apparaissent.**



7. Enlevez de la bouche lorsque les lignes bleues apparaissent dans les deux fenêtres du test. **Replacez le bouchon.**



8. Placez le test sur une surface plane et lire **les résultats 5 minutes après avoir enlevé le test de la bouche. Voir le mode d'emploi.**

Interprétation des résultats du test

Résultats Invalides

Lorsqu'il n'y a pas de bandes colorées **dans la région CONTRÔLE (C)**, le test est invalide même si il y a des bandes colorées dans la région test. **Recommencez** le test avec un autre testeur.



Exemple d'interprétation:

ME: Invalide
TH: Invalide
CO: Invalide
AM: Invalide
OP: Invalide
PC: Invalide

Résultats négatifs

Pour chacun des tests, deux bandes colorées devraient être observées.

- **Une dans la région CONTRÔLE (C)**
- **Une spécifique dans la région TEST**

La couleur de la bande TEST peut être légèrement plus foncée ou plus pâle que la bande contrôle. Toute bande visible doit être interprétée comme un résultat **négatif**.



Exemple d'interprétation:

ME: négatif
TH: négatif
CO: négatif
AM: négatif
OP: négatif
PC: négatif

Résultat présumé positif

Une bande colorée devrait être observée **dans la région CONTRÔLE (C).** Lorsqu'il n'y a pas de bande colorée dans la **région spécifique TEST**, le test est présumé positif pour cette drogue spécifique.



Exemple d'interprétation:

ME: **présumé positif**
TH: négatif
CO: négatif
AM: négatif
OP: négatif
PC: négatif